

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TAMANDARÉ-PE

ATA DE ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2025

Processo Administrativo Nº 018/2025

Tipo: AQUISIÇÃO

PREGOEIRO: MYRANA KERLLINE ALVES COSTA

Data de Publicação: 11/07/2025 13:55:48

LOTE 1 - ADJUDICADO - 30/07/2025 12:17:24

Aparelho de Raio X Panorâmico Odontológico

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: SAEVO Modelo: D – PAN/TELE (1 SENSOR)

Descrição: Aparelho de Raio X Panorâmico Digital, preparado para o paciente posicionado tanto em pé como também sentado. O aparelho deve ser composto de coluna fixada no piso/parede ou sobre base/parede. Deve realizar no mínimo os seguintes exames: Panorâmica Infantil, Adulto; Planigrafia das Articulações Temporomandibular (ATMs); Planigrafia Frontal dos Seios Maxilares; Telerradiografia Lateral; Telerradiografia Postero-Anterior; Telerradiografia Anteroposterior; Telerradiografia 45 graus. Ampliação da imagem em proporção constante. Seleção automática ou manual kVp. Funções mínimas: ajuste de brilho, contraste e gamma; filtros sharpen e tecidos moles; aproximação, aumento e seleção de regiões da radiografia. O software deve permitir integração com várias tecnologias e gerenciadores. Gerador de alta frequência de no mínimo 100 KHz; variação maior ou igual 57 a menor ou igual 90 kVp; variação maior ou igual 2 a menor ou igual 16 mA. Ponto focal de no máximo 0,5 mm X 0,5mm. Permite atualização de tecnologia para aplicação de 3D (upgradeable). Função DEMONSTRAÇÃO, que permite demonstrar ao paciente os movimentos do equipamento sem emissão de raios-X. Deve realizar técnicas Cefalometrias. Posicionamento do paciente (em modo panorâmico) através de plano Frankfurt, linha sagital mediana e linha do canino, estabilizado por bloco de mordida para pacientes dentados e apoio do mento para pacientes edêntulos. Ajuste do plano de corte baseado na linha do canino (movel) para geração da curva personalizada ao biotipo do paciente para tomadas panorâmicas; Cabeçote blindado com certificado de controle radiação de fuga, tensão nominal 110/127/220 ou 240v, potência entre 4 a 8 mA (mín.), frequência de geração de alta tensão 100 kHz, 50/60hz, tensão do tubo entre 60 a 85kVp (mín.), com chassi (sensor/captador) radiográfico totalmente digital, dimensões da sala: largura: 2,00 m; comprimento: 1,90 m (sem braço cefalométrico) e 2,50 m (com braço cefalométrico); pé direto: 2,50 m; alimentação: 110/127/220 ou 240v, software 2d, banco de dados, certificado do INMETRO e controle de radiação de fuga em conformidade com legislação atual vigente.

Quantidade: 1 Valor Unit.: 143.000,00 Valor Total: 143.000,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 DENTAL ALTA MOGIANA COMERCIO DE	356	05.375.249/0001-03	214.923,00	143.000,00		Não
2 SCIENTIFIC DENTAL MEDICAL LTDA	988	09.020.873/0001-30	214.923,33	150.999,00	5,59	Não

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

AUTORIDADE: FABIO VIEIRA RIBEIRO DE ASSIS