



COTAÇÕES



Relatório de Cotação: Aparelho de Raios X - Panorâmico

Pesquisa realizada entre 09/06/2025 07:51:34 e 09/06/2025 07:51:51

Relatório gerado no dia 09/06/2025 07:54:09 (IP: 45.187.85.119)

Observações Gerais: Digital, preparado para o paciente posicionado tanto em pé como também sentado. O aparelho deve ser composto de coluna fixada no piso/parede ou sobre base/parede. Deve realizar no mínimo os seguintes exames: Panorâmica Infantil, Adulto; Planigrafia das Articulações Têmporo Mandibular (ATMs); Planigrafia Frontal dos Seios Maxilares; Telerradiografia Látero-Lateral; Telerradiografia Pósterio-Anterior; Teleradiografia Ântero-Posterior; Telerradiografia 45 graus. Ampliação da imagem em proporção constante. Seleção automática ou manual kVp. Funções mínimas: ajuste de brilho, contraste e gamma; filtros sharpen e tecidos moles; aproximação, aumento e seleção de regiões da radiografia. O software deve permitir integração com várias tecnologias e gerenciadores. Gerador de alta frequência de no mínimo 100 KHz; variação maior ou igual 57 à menor ou igual 90 kVp; variação maior ou igual 2 a menor ou igual 16 mA. Ponto focal de no máximo 0,5 mm X 0,5mm. Permite atualização de tecnologia para aplicação 3D (upgradeable). Função DEMONSTRAÇÃO, que permite demonstrar ao paciente os movimentos do equipamento sem emissão de raios-X. Deve realizar técnicas cefalométricas. Posicionamento do paciente (em módulo panorâmico) através de plano Frankfurt, linha sagital mediana e linha do canino, estabilizado por bloco de mordida para pacientes dentados e apoio do mento para pacientes edêntulos. Ajuste do plano de corte baseado na linha do canino (móvel) para geração da curva personalizada ao biotipo do paciente para tomadas panorâmicas; Cabeçote blindado com certificado de controle radiação de fuga, tensão nominal 110/127/220 ou 240v, potência entre 4 a 8 mA (mín.), frequência de geração de alta tensão 100 kHz, 50/60hz, tensão do tubo entre 60 à 85 kVp (mín.), com chassi (sensor/captador) radiográfico totalmente digital, dimensões da sala: largura: 2,00 m; comprimento: 1,90 m (sem braço cefalométrico) e 2,50 m (com braço cefalométrico); pé direto: 2,50 m; alimentação: 110/127/220 ou 240v, software 2d, banco de dados.certificado do INMETRO e controle de radiação de fuga em conformidade com legislação atual vigente.

Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133).

Método Matemático Aplicado: Média Saneada dos preços obtidos (TCU) - A "Média Saneada" (MS) inicia-se ao calcular a Média Aritmética dos preços obtidos, seguidamente pelo cálculo do Desvio Padrão (DP). Em seguida, some o Desvio Padrão(DP) à Média (M) para obter o Limite Superior (LS) e subtraia-se o Desvio Padrão (DP) da Média (M) para encontrar o Limite Inferior (LI). Após esta análise, a fórmula considera o Coeficiente de Variação, que deverá ser menor ou igual a 25%, resultando em uma amostra homogênea o suficiente para ser representativa. Se necessário, o procedimento pode ser repetido, caso ainda existam preços na amostra fora da faixa de limites ou acima do CV.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133), no Artigo 3º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC V-Método matemático aplicado para a definição do valor estimado."


Item	Preços	Quantidade	Preço Estimado	Percentual	Preço Estimado Calculado	% Valor Global	Total
1) aparelho de raio-x panorâmico odontológico digital	3	1 Unidade	R\$ 214.923,33 (un)	-	R\$ 214.923,33	100%	R\$ 214.923,33

Valor Global: R\$ 214.923,33



Valor do item em relação ao total

1) aparelho de...



Detalhamento dos Itens

Item 1: aparelho de raio-x panorâmico odontológico digital

Preço Estimado: R\$ 214.923,33 (un)

Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 214.923,33

Média Saneada dos Preços Obtidos (TCU): R\$ 214.923,33

Quantidade

Descrição

Observação

1 Unidade

aparelho de raio-x panorâmico odontológico digital

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

R\$ 204.000,00

Órgão: PARANAÍVA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE / 01001 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - SEDE

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PERMANENTE (EQUIPAMENTOS DIVERSOS) PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO)

Descrição: APARELHO DE RAIOS X - PANORÂMICO/TOMO/TELE UM EQUIPAMENTO 3 EM 1 - PANORÂMICO, CEFALOMÉTRICO E TOMÓGRAFO (3D). COM MÓDULO 3D OFERECE A EXCLUSIVA TECNOLOGIA VBEAM COM NO MÍNIMO 6 VOLUMES DE CAMPO DE VISÃO (FOV) DESDE 5X5 ATÉ NO MÍNIMO 21X14. COM ALTA DEFINIÇÃO - APARELHO DE RAIOS X - PANORÂMICO/TOMO/TELE UM EQUIPAMENTO 3 EM 1 - PANORÂMICO, CEFALOMÉTRICO E TOMÓGRAFO (3D). COM MÓDULO 3D OFERECE A EXCLUSIVA TECNOLOGIA VBEAM COM NO MÍNIMO 6 VOLUMES DE CAMPO DE VISÃO (FOV) DESDE 5X5 ATÉ NO MÍNIMO 21X14. COM ALTA DEFINIÇÃO EM IMAGENS, BEM COMO PERMITE A CAPTURA DE IMAGENS DE MAIORES DIMENSÕES E TAMANHOS APROXIMADAMENTE (5X5- 6X8-8X8-8X12-8X16-13X16-18X16-21X14). COM POSSIBILIDADE DE UPGRADE TAMBÉM ENTRE AS VERSÕES. COM SISTEMA MICROPROCESSADO DE ALTA VELOCIDADE E A MECÂNICA PRECISA PERMITINDO A PERFEITA EXECUÇÃO E REPETIBILIDADE EM IMAGENS 2D E 3D. INFORMAÇÕES TÉCNICAS: TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 110/127/220 OU 240V, FREQUÊNCIA DE OPERAÇÃO MÍNIMO DE 50 OU 60 KHZ, TIPO DE GERADOR ALTA FREQUÊNCIA, PONTO FOCAL 0,5MM, TENSÃO DO TUBO MÍNIMO 60-85KV, DETECTOR DE IMAGEM CCD/CMOS, DISPLAY TOUCHSCREEN, COM PERFIL PANORÂMICO, PERFIL CEFALOMÉTRICO, PERFIL TOMOGRÁFICO (3D), QUANTIDADE DE SENSORES 1 SENSOR (2D) E 1 SENSOR (3D), BASE OPCIONAL, ACESSÍVEL PARA CADEIRANTE. INCLUI CERTIFICADO D

Data: 27/03/2025 08:00

Modalidade: Pregão - Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: 73966913000130-1-000014/2025

Lote/Item: 1/1

Ata: N/A

Homologação: 27/03/2025 00:00

Fonte: <https://www.gov.br/pncp/pt-br>

Quantidade: 1

Unidade: UNIDADE (UNIDADE)

UF: PR

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

05.375.249/0001-03

DENTAL ALTA MOGIANA - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA.

VENCEDOR

Valor da Proposta Final

R\$ 204.000,00

Marca:

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo:

Descrição: Descrição não informada

Estado:

Cidade:

Endereço:

SP

Ribeirão Preto

RODOVIA ABRAO ASSED, S/N

Nome de Contato:

Mozart Dias Franco

Telefone:

(16) 3965-6724

Email:

sac@alliage-global.com



Relatório gerado no dia 09/06/2025 07:54:09 (IP: 45.187.85.119)

Código Validação: [vwkTWxUR9PPiQm1WavOvmMj3r7eyrqST7YaLqNEFrIqQhU8nPtm6WA%3d%3d](http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=vwkTWxUR9PPiQm1WavOvmMj3r7eyrqST7YaLqNEFrIqQhU8nPtm6WA%3d%3d)

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=vwkTWxUR9PPiQm1WavOvmMj3r7eyrqST7YaLqNEFrIqQhU8nPtm6WA%3d%3d>

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

R\$ 240.000,00**CNPJ:** 12.207.551/0001-00**Órgão:** MUNICIPIO DE LAGOA DA CANOA / 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA**Objeto:** O objeto da presente licitação é a contratação de empresa especializada para aquisição de aparelho Raio X - Panorâmico, visando suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Lagoa da Canoa/AL, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.**Descrição:** **Aparelho de Raio X – panorâmico, digital, preparado para o paciente posicionado tanto em pé como também sentado. O aparelho deve ser composto de coluna fixada no piso/parede ou sobre base/parede. Deve realizar no mínimo os seguintes exames: Panorâmica inf - Aparelho de Raio X – panorâmico, digital, preparado para o paciente posicionado tanto em pé como também sentado. O aparelho deve ser composto de coluna fixada no piso/parede ou sobre base/parede. Deve realizar no mínimo os seguintes exames: Panorâmica infantil, adulto; Planigrafia das Articulações Têmporo Mandibular(ATMs); Planigrafia Frontal dos Seios Maxilares; Telerradiografia Látero-Lateral; Telerradiografia Pósterio-Anterior; Telerradiografia Ântero-Posterior; Telerradiografia 45 graus. Ampliação da imagem em proporção constante. Seleção automática ou manual kVp. Funções mínimas: ajuste de brilho, contraste e gamma; filtros sharpen e tecidos moles; aproximação, aumento e seleção de regiões da radiografia. O software deve permitir integração com várias tecnologias e gerenciadores. Gerador de alta frequência de no mínimo 100 Khz; variação maior ou igual 57 à menor ou igual a 90 kVp, variação maior ou igual 2 a menor ou igual 16 mA. Ponto focal de no máximo 0,5 mm X 0,5mm. Permite atualização de tecnologia****Data:** 19/12/2024 09:30**Modalidade:** Pregão - Eletrônico**SRP:** NÃO**Identificação:** 12207551000100-1-000049/2024**Lote/Item:** 1/1**Ata:** N/A**Homologação:** 05/02/2025 00:00**Fonte:** <https://www.gov.br/pncp/pt-br>**Quantidade:** 1**Unidade:** Unidade**UF:** AL**CNPJ****Razão Social do Fornecedor****Valor da Proposta Final**

05.375.249/0001-03

DENTAL ALTA MOGIANA - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA.

R\$ 240.000,00***VENCEDOR*****Marca:****Fabricante:** Fabricante não informado**Modelo:****Descrição:** Descrição não informada**Estado:**
SP**Cidade:**
Ribeirão Preto**Endereço:**
RODOVIA ABRAO ASSED, S/N**Nome de Contato:**
Mozart Dias Franco**Telefone:**
(16) 3965-6724**Email:**
sac@alliage-global.com**Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor Vencedor**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

R\$ 200.770,00**CNPJ:** 46.429.379/0001-50**Órgão:** MUNICIPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA / 1 - Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista**Objeto:** AQUISIÇÃO DE APARELHO DE RAIOS-X PANORÂMICO DIGITAL**Descrição:** **APARELHO DE RAIOS-X PANORÂMICO ODONTOLÓGICO DIGITAL - APARELHO DE RAIOS-X PANORÂMICO ODONTOLÓGICO DIGITAL****Data:** 13/12/2024 13:29**Modalidade:** Pregão - Eletrônico**SRP:** NÃO**Identificação:** 46429379000150-1-000228/2024**Lote/Item:** 1/1**Ata:** N/A**Homologação:** 13/12/2024 00:00**Fonte:** <https://www.gov.br/pncp/pt-br>**Quantidade:** 1**Unidade:** UN**UF:** SP

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

R\$ 200.770,00

09.172.931/0001-41 PELISERV EQUIPAMENTOS E SERVICOS ODONTO-MEDICOS LTDA

VENCEDOR

Marca:

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo:

Descrição: Descrição não informada

Estado: Cidade: Endereço:

SP São RUA CAPITAO ANTONIO
Paulo BUENO RANGEL, 266

Nome de Contato:

PELISERV EQUIPAMENTOS E SERVICOS
ODONTO-MEDICOS LTDA

Telefone:

(11) 3901-
1000

Email:

comercial@peliserv.com.br





Extrato de fontes utilizadas neste relatório

ATENÇÃO - O Banco de Preços é uma solução tecnológica que atende aos parâmetros de pesquisa dispostos em Leis vigentes, Instruções Normativas, Acórdãos, Regulamentos, Decretos e Portarias. Sendo assim, por reunir diversas fontes governamentais, complementares e sites de domínio amplo, o sistema não é considerado uma fonte e, sim, um meio para que as pesquisas sejam realizadas de forma segura, ágil e eficaz.


Fontes utilizadas nesta cotação:

1 - Portal Nacional de Contratações Públicas
<https://www.gov.br/pncp/pt-br>

Data: 09/06/2025 07:51:34

Acessar a fonte [aqui](#)





AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE RAO - X PANORÂMICO PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIA - CEO DO MUNICÍPIO DOS TAMANDARÉ – PE.									
MAPA GERAL DE COTAÇÕES - RAO - X PANORÂMICO									
PARÂMETRO DE PESQUISA : Média Saneada de Preços TCU em 09/06/2025.									
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	CATMAT/ CATSER	RAZÃO SOCIAL*	PARÂMETRO DE PESQUISA	PREÇO 1	PREÇO 2	PREÇO 3	VALOR ESTIMADO
1	APARELHO RAO - X PANORÂMICO	1	425186	Banco de Preços (www.bancodeprec os.com.br)	Media Saneada de Preços TCU	204.000,00	240.000,00	200.770,00	214.923,33
(1) Lei 14.133/2021 - Art. 5º da IN 65/2021. Opções: I, II, III, IV e V. Link p/ IN: https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-seges-me-n-65-de-7-de-julho-de-2021-330673635 OBS: O sistema Banco de Preços se equipara ao Pannel de Preços, pois possibilita a busca e filtragem das licitações dos diversos órgãos e entidades públicas, porém com um sistema mais fácil e intuitivo para geração do preço de referência.									
ANÁLISE CRÍTICA DE VALORES ORÇADOS									
A) Alguma cotação foi desconsiderada por ser julgada com valor inexequível, inconsistente ou excessivamente elevado? SIM () NÃO									
B) Cite os itens que tiveram valores enquadrados no item acima (valor inexequível, inconsistente, etc) :									
C) Cite o(s) item(ns) e descreva os critérios fundamentados utilizados para desconsideração dos valores inexequíveis, inconsistentes ou excessivamente elevados.									
D) Os valores obtidos na pesquisa foram avaliados criticamente, no sentido de que suas médias não apresentam grandes variações, não comprometendo a estimativa do preço de referência, representando de forma satisfatória os preços praticados no mercado? SIM (x) NÃO									
E) Outras informações relacionadas as cotações:									
Responsável pela Pesquisa de Preços:  Jakeline Nogueira da Silva Matrícula Nº 300335-1									
Declaro para todos os fins de direito, que realizei pesquisa de preços para futura aquisição/contratação dos itens presentes neste processo licitatório, que o preço de referência foi formado nos ditames da INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/ME Nº 65/2021, conforme o artigo 5º e seus incisos, devidamente apontados na planilha acima.									